NYLEXOGRIP

Bande élastique cohésive de contention

Nylexogrip

Bande sous film imprimé.

CODE	DIMENSIONS	GROUPAGE *Nombre UCD*
Longueur étirée : 4 mètres. Coloris : blanc.		
500927	4 m x 2,5 cm	50
500928	4 m x 5 cm	50
500929	4 m x 7 cm	50
500930	4 m x 10 cm	25
500931	4 m x 15 cm	25
Longueur étirée : 6 mètres. Coloris : jean.		
500985	6 m x 7 cm	36

Fabricant : Laboratoires URGO

* Cicatriser avec vous, pour vous

Lire attentivement la notice

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

NYLEXOGRIP

DESCRIPTION

- Bande tissée élastique en longueur enduite de fines particules de latex : Viscose 46 %, Coton 45 %, Elasthanne 9 %

PROPRIETES

- Force de contention 1 (20 à 45 cN/cm à 30 % d'allongement).
- Extensibilité en longueur ≥ 120 %.
- Grammage moyen au repos : 290 g/m^2.
- Grammage moyen bande étirée : 130 g/m^2.
- Cohésive : la bande adhère uniquement sur elle-même, pas sur la peau, ni sur les poils.
- Facile à utiliser : se découpe à la main.
- Confortable : le confort du patient est augmenté par l'aération de la bande.
- Résistante à l'eau : la bande peut être lavée 1 à 2 fois.
- Bonne Tolérance cutanée.
- Tenue à la stérilisation vapeur : - 120° C - 20 min
  - 134° C - 18 min
  - Retirer préalablement l'emballage et le tube, plier la bande en accordéon.
- Radiotransparence.

INDICATIONS

INDICATIONS : Bande de contention et de maintien de pansements.

- TRAUMATOLOGIE SPORTIVE : - En prévention des accidents type entorse, luxation et subluxation
  - En traitement des pathologies type élongation et claquage - Pour protéger les zones de friction.
- PHLÉBOLOGIE : - Contention dans la prévention et le traitement des varices essentielles ou post-phlébitiques, des ulcères variqueux des hypodermites aiguës ou subaiguës
  - Réduction et stabilisation de l'œdème d'origine veineuse, de lymphoedèmes
  - Contention dans la prévention de la maladie thromboembolique et des thrombophlébites
  - Contention après stripping ou sclérose.
- SOINS : maintien de pansements.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Dérouler 20 à 30 cm de bande de façon à enrouler la partie du corps à protéger et relâcher la tension de la bande.
- Poser le premier tour de bande, puis continuer le bandage en recouvrant chaque tour d'au moins la moitié du tour précédent.
- Afin d'assurer une bonne tenue de la bande, le dernier tour ne doit pas être en contact avec la peau mais recouvrir complètement le tour précédent.
- Terminer le bandage en pressant l'extrémité de la bande avec la paume de la main pendant quelques secondes.
- Le dernier tour de bandage doit être posé sans tension.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée. Dans le cas de maintien de compresses, il est recommandé de stériliser la bande.
- Lors de la pose, le gaufrage doit toujours rester apparent, garantissant ainsi une application sûre.
- En phlébologie, la bande doit être posée avant le lever - à partir des orteils, en remontant sur la jambe - et conservée jusqu'au coucher.
- En cas d'usages prolongés ou répétés, les fils élastiques peuvent être fragilisés par l'utilisation de corps gras sous le bandage.
- Laver à la main ou en machine dans une eau à 40°C maximum, sans détergent et sans chlore.
- Rincer et laisser sécher à plat.
- Tenir à l'abri de la chaleur et de la lumière.

CONTRE-INDICATIONS :

- Présence d'une pathologie artérielle (ulcères artériels ou à forte composante artérielle; artériopathie avérée ou suspectée).
- Indice de Pression Systolique (IPS) < 0.8.
- Patients souffrant de microangiopathie liée au diabète, de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique.
- Ulcération d'origine infectieuse.
- Allergie au latex ou à un autre constituant.
- Entorse de stades III et IV.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe I.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Fabricant : Laboratoires URGO

* Cicatriser avec vous, pour vous

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*